

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z napełnianiem i dzierżawą zbiornika na tlen medyczny, butli na gazy medyczne i techniczne oraz mieszaniny gazów medycznych do znieczulania w butlach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 931082610
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** WARSZAWSKA
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Wrocław
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 52-114
- 1.4.4.) **Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL514 - Miasto Wrocław
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 34 74 100
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 34 65 172
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@falkiewicza.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.falkiewicza.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00237330/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-07-04 13:54

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00219759/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z napełnianiem i dzierżawą zbiornika na tlen medyczny, butli na gazy medyczne i techniczne dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Szczegółowe ilości oraz asortyment przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 6a do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- sprzedaż i dostawę gazów medycznych i technicznych,
- wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu zbiornika na tlen ciekły o pojemności min. 10 000 kg +/- 5% (wraz z dostawą, montażem, napełnieniem i uruchomieniem zbiornika z kompletnym osprzętem) oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na użytkowanie,
- wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu butli, wg ilości i pojemności wskazanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 2a do SIWZ,
- transport, wyładunek pełnych oraz załadunek pustych butli 40 l do samochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

i ADR u Zamawiającego (nie dotyczy czynności wewnątrz magazynu Zamawiającego oraz transportu na terenie Zamawiającego).

Szczegółowe warunki dotyczące dzierżawionych pojemników na gazy:

- a) butle na gazy powinny być dopuszczone do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego,
- b) butle muszą być oznakowane czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- c) butle na gazy muszą być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący ich właściciela,
- d) butle napełnione gazem powinny być opatrzone znakiem identyfikującym zakład napełniający,
- e) butle muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1089-3 "Butle do gazów. Znakowanie butli. Kod barwny"

Szczegółowe warunki dotyczące dzierżawionego zbiornika na tlen medyczny:

- a) zbiornik na tlen medyczny powinien być dopuszczony do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego,
- b) zbiornik na tlen medyczny powinien być oznakowany czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dostawy gazów medycznych i technicznych odbywać się będą sukcesywnie, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wielkość oraz asortyment dostaw będzie określony każdorazowo przy składaniu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy własnym transportem w dni robocze w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. w godzinach od 7:30 do 14:00.

W trakcie odbioru przedmiotu umowy upoważniony pracownik Zamawiającego dokona sprawdzenia czy dostawa zgadza się ze złożonym zamówieniem.

Strony uznają faks za obowiązujący dokument zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony przedmiot umowy w terminie zaofiarowanym w ofercie, maksymalnie do 2 dni roboczych od daty otrzymania każdorazowego zamówienia.

Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (w ramach poszczególnych asortymentów), uzależnionej od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji umowy.

Okres ważności produktów leczniczych - min. 12 miesiące od daty dostawy

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- a) Wykonawca musi zaofiarować gazy medyczne i techniczne spełniające warunki dopuszczające je do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) czystość oferowanego tlenu medycznego nie może być mniejsza niż 99,5% zgodnie z aktualnie obowiązującą Farmakopeą Polską VIII
 - c) oferowany dwutlenek węgla musi być wyrobem medycznym,
 - d) gazy techniczne muszą odpowiadać wymaganym normom lub specyfikacjom technicznym,
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z napełnianiem i dzierżawą zbiornika na tlen medyczny, butli na gazy medyczne i techniczne dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Szczegółowe ilości oraz asortyment przedmiotu zamówienia został określony w - Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 6a do SWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- a) sprzedaż i dostawę gazów medycznych i technicznych,
- b) wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu zbiornika na tlen ciekły o pojemności min. 10 000 kg +/- 5% (wraz z dostawą, montażem, napełnieniem i uruchomieniem zbiornika z kompletnym osprzętem) oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na użytkowanie,
- c) wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu butli, wg ilości i pojemności wskazanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 2a do SIWZ,
- d) transport, wyładunek pełnych oraz załadunek pustych butli 40 l do samochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ADR u Zamawiającego (nie dotyczy czynności wewnątrz magazynu Zamawiającego oraz transportu na terenie Zamawiającego).

Szczegółowe warunki dotyczące dzierżawionych pojemników na gazy:

- a) butle na gazy powinny być dopuszczone do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego,
- b) butle muszą być oznakowane czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- c) butle na gazy muszą być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący ich właściciela,
- d) butle napełnione gazem powinny być opatrzone znakiem identyfikującym zakład napełniający,
- e) butle muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1089-3 "Butle do gazów. Znakowanie butli. Kod barwny"

Szczegółowe warunki dotyczące dzierżawionego zbiornika na tlen medyczny:

- a) zbiornik na tlen medyczny powinien być dopuszczony do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego,
- b) zbiornik na tlen medyczny powinien być oznakowany czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dostawy gazów medycznych i technicznych odbywać się będą sukcesywnie, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wielkość oraz asortyment dostaw będzie określony każdorazowo przy składaniu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy własnym transportem w dni robocze w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. w godzinach od 7:30 do 14:00.

W trakcie odbioru przedmiotu umowy upoważniony pracownik Zamawiającego dokona sprawdzenia czy dostawa zgadza się ze złożonym zamówieniem.

Strony uznają faks za obowiązujący dokument zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony przedmiot umowy w terminie

zaoferowanym w ofercie, tj. w terminie wynikającym z zaoferowanego w Ofercie (jako punktowanego/oceniałego parametru).

Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (w ramach poszczególnych asortymentów), uzależnionej od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji umowy.

Okres ważności produktów leczniczych - min. 12 miesiące od daty dostawy

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- a) Wykonawca musi zaferować gazy medyczne i techniczne spełniające warunki dopuszczające je do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) czystość oferowanego tlenu medycznego nie może być mniejsza niż 99,5% zgodnie z aktualnie obowiązującą Farmakopeą Polską VIII
 - c) oferowany dwutlenek węgla musi być wyrobem medycznym,
 - d) gazy techniczne muszą odpowiadać wymaganiom normom lub specyfikacjom technicznym,
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszaniny gazów medycznych do znieczulania w butlach z zaworem dozującym i niezbędnym osprzętem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

ENTONOX

Szczegółowe ilości oraz asortyment przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 6b do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Mieszanina tlenu medycznego i podtlenu azotu medycznego 50% / 50% w butlach aluminiowych o pojemności wodnej 10 l, zawierających 2,8 m³ gazu wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz zaworem wydechowym.
Zamawiający wymaga aby dostarczone butle aluminiowe posiadały zawór zintegrowany posiadający uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny. Zamawiający wymaga aby oferowany zawór dozujący do mieszaniny tlenu medycznego i podtlenu azotu medycznego (50%/50%) wraz z przewodem miał długość min 5m.
2. Ustnik z filtrem (op. 100 szt.)
3. Dzierżawa zaworów dozujących
4. Dzierżawa butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym do gazu medycznego:(50 % tlen+50 % podtlenek azotu)
5. Dzierżawa wózków do butli

Dodatkowe wymogi:

Zamawiający, wymaga aby wykonawcy zaferowali do podawania mieszaniny ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego.

Zamawiający wymaga aby wykonawcy zaferowali do podawania mieszaniny urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia lub urządzenie wyposażone w zawór wydechowy bez konieczności jego demontażu i dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu. Zawór wydechowy posiada filtr, który umożliwia przepływ wdychanego gazu do pacjenta i zapobiega skażeniu korpusu zaworu dozującego przez powietrze wydychane przez pacjenta.

Zamawiający wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji, (zawartymi w instrukcji obsługi producenta urządzenia) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.

Zamawiający wymaga aby zaferowane wyroby tj. urządzenia do podawania mieszaniny gazów lub ich części składowe nie zawierały ftalanów.

Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie i oferowane ustniki do podawania mieszaniny posiadały status wyrobu medycznego.

Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca powinien dołączyć do oferty.

Zamawiający wymaga, aby zaferowane części jednorazowe (jednorazowe zawory wydechowe, maski filtry) były przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu, na potwierdzenie czego Wykonawca powinien dołączyć oświadczenie producenta na etapie umowy.

Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący (fabrycznie oryginalny bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek) wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi był jednoelementowy (nierozbieralny), tzn. nie było w nim elementów, które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie, na potwierdzenie czego Wykonawca powinien dołączyć do oferty instrukcje użytkowania.

Zamawiający wymaga skierowania do realizacji zamówienia pracownika, który będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenu azotu (50% O₂ i 50% N₂O) Pracownik musi posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone stosownym imiennym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu.

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Wielkość oraz asortyment dostaw będzie określony każdorazowo przy składaniu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy własnym transportem w dni robocze w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. w godzinach od 7:30 do 14:00.

W trakcie odbioru przedmiotu umowy upoważniony pracownik Zamawiającego dokona sprawdzenia czy dostawa zgadza się ze złożonym zamówieniem.

Strony uznają fax za obowiązujący dokument zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony przedmiot umowy w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania każdorazowego zamówienia.

Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (w ramach poszczególnych asortymentów), uzależnionej od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji umowy.

Okres ważności produktów - min. 12 miesiące od daty dostawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszaniny gazów medycznych do znieczulania w butlach z zaworem dozującym i niezbędnych osprzętem. dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Mieszanina gazów medycznych do znieczulania

Szczegółowe ilości oraz asortyment przedmiotu zamówienia został określony w - Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 6b do SWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Mieszanina tlenu medycznego i podtlenu azotu medycznego 50% / 50% w butlach aluminiowych o pojemności wodnej 10 l, zawierających 2,8 m³ gazu wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz zaworem wydechowym.

Zamawiający wymaga aby dostarczone butle aluminiowe posiadały zawór zintegrowany posiadający uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny. Zamawiający wymaga aby oferowany zawór dozujący do mieszaniny tlenu medycznego i podtlenu azotu medycznego (50%/50%) wraz z przewodem miał długość min 5m.

2. Ustnik z filtrem (op. 100 szt.)

3. Dzierżawa zaworów dozujących

4. Dzierżawa butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym do gazu medycznego:(50 % tlen+50 % podtlenek azotu)

5. Dzierżawa wózków do butli

Dodatkowe wymogi:

Zamawiający, wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego.

Zamawiający wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia lub urządzenie wyposażone w zawór wydechowy bez konieczności jego demontażu i dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu. Zawór wydechowy posiada filtr, który umożliwia przepływ wdychanego gazu do pacjenta i zapobiega skażeniu korpusu zaworu dozującego przez powietrze wydychane przez pacjenta.

Zamawiający wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji, (zawartymi w instrukcji obsługi producenta urządzenia) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.

Zamawiający wymaga aby zaoferowane wyroby tj. urządzenia do podawania mieszaniny gazów lub ich części składowe nie zawierały ftalanów.

Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie i oferowane ustniki do podawania mieszaniny posiadały status wyrobu medycznego.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane części jednorazowe (jednorazowe zawory wydechowe, maski filtry) były przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu, na potwierdzenie czego Wykonawca powinien dołączyć oświadczenie producenta na etapie umowy.

Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący (fabrycznie oryginalny bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek) wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi był jednoelementowy (nierozbieralny), tzn. nie było w nim elementów, które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie, na potwierdzenie czego Wykonawca powinien dołączyć do oferty instrukcje użytkowania.

Zamawiający wymaga skierowania do realizacji zamówienia pracownika, który będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenu azotu (50% O₂ i 50% N₂O) Pracownik musi posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone stosownym imiennym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu.

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Wielkość oraz asortyment dostaw będzie określony każdorazowo przy składaniu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy własnym transportem w dni robocze w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. w godzinach od 7:30 do 14:00.

W trakcie odbioru przedmiotu umowy upoważniony pracownik Zamawiającego dokona sprawdzenia czy dostawa zgadza się ze złożonym zamówieniem.

Strony uznają fax za obowiązujący dokument zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony przedmiot umowy w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania każdorazowego zamówienia.

Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (w ramach poszczególnych asortymentów), uzależnionej od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji umowy.

Okres ważności produktów - min. 12 miesiące od daty dostawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-07-06 10:00

Po zmianie:

2022-07-08 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-07-06 10:30

Po zmianie:

2022-07-08 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-08-04

Po zmianie:

2022-08-06